

Le Directeur Général de l'Institut de l'Olivier

A Monsieur

Tél. n°

Fax n° :

MF n°:.....

Objet : Demande de prix

Le Directeur Général de l'Institut de l'Olivier (Sfax) se propose d'acquérir un appareil PCR en temps réel dont les caractéristiques techniques sont ci-dessous désignés. Vous êtes priés de nous fournir votre offre de prix et le prospectus technique .

N° ordre	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques Techniques proposées par le fournisseur	Nbre ou Qté	P.U.H.T	P.U.T.T.C
01	<p>Appareil de PCR en temps réel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bloc d'échantillon à effet Peltier à 96 puits de 0.2 ml . Volume réactionnel : de 10µl à 100µl Source d'excitation : Lumière Blanche LED . Détection optique : 4 filtres couplés Multiplexage : 4 cibles ou plus . 3 zones de contrôle de température Vitesse de rampe de température : 6,5°C/sec ou mieux Vitesse de rampe dans l'échantillon : 3,66°C/sec ou mieux Uniformité de la température : 0,4°C ou mieux Compatible avec la chimie rapide Livré avec : <ul style="list-style-type: none"> - Un PC adéquat pour le pilotage de l'instrument incluant logiciel d'acquisition et analyse des données Service exigé : <ul style="list-style-type: none"> - Installation et formation à l'utilisation 		01		
<p>Arrêté le présent devis estimatif à la somme de : (en toutes lettres) : </p>				TOTAL HTVA :	
				TVA :	
				TOTAL TTC :	

Nb : Veuillez préciser :

- la marque :.....
- disponibilité :
- la durée de Garantie :
- la validité de l'offre :

Le Directeur Général de l'Institut de l'Olivier

Mohieddine Ksantini



Les offres de prix doivent être déposées au BOC avant le 05 novembre 2019

Le Fournisseur